

ΘΗΒΑ : 26/09/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ. : 7066

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας**

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
Διεύθυνση : Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα : Ιατρικής Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/ση : 3ο χλμ Θηβών – Χαλκίδας
Θέση Κουμέρκι Θηβών
Τ.Κ. : 32200
Πληροφορίες
Τηλ. : 2262350100
Φαξ. : 2262025406
E-mail : headsupplies@thebeshospital.eu

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σχετικά : Παρακαλώ όπως φροντίσετε για προσφορά ορθοπαιδικών υλικών για :

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (δε) ΙΣΧΙΟΥ

για τον ασθενή :

Κ.Ι. με ΑΜ 1218364 που πάσχει από **ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (δε) ΙΣΧΙΟΥ**. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί άμεσα στο νοσοκομείο μας με ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ **ΙΣΧΙΟΥ (δε)** στις 06/10/2025

Για τη χειρουργική αποκατάσταση θα χρειαστούν:

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ) 33.4.148

Στυλός μηριαίου μικρού μήκους από κράμα Τιτανίου-Νιοβίου ευθύς με τετράπλευρη εγκάρσια διατομή, κωνικός σε τρεις διαστάσεις, με ή χωρίς κολάρο . Να διατίθεται σε 11 τουλάχιστον μεγέθη με CCD γωνία 135 μοιρών (αναλογικής αύξησης), και σε 9 τουλάχιστον μεγέθη με CCD γωνία 127 μοιρών (αναλογικής αύξησης). Να διαθέτει επιμήκεις και εγκάρσιες ραβδώσεις που να αυξάνουν την επιφάνεια επαφής με το οστό. Η επιφάνεια του στειλεού

να είναι επεξεργασμένη με αμμοβολή ώστε να είναι τραχεία, 4-7 μ m και να διαθέτει επιπλέον επικάλυψη υδροξυαπατίτη 80 μ m πάχους. Η προετοιμασία για την εμφύτευσή του να γίνεται με εργαλεία κοινά με αυτά της πρόθεσης με τσιμέντο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διεγχειρητικής επιλογής της πρόθεσης. Η πρόθεση της κοτύλης να είναι ελλειπτική με πεπλατυσμένο πόλο, με ραβδώσεις στον ισημερινό, από κράμα τιτανίου με επικάλυψη πορώδους τιτανίου και από πάνω με στρώμα υδροξυαπατίτη . Να διαθέτει μεταλλικό γείσο 5 μοιρών για αποφυγή εξάρθρωτος. Να είναι διαθέσιμη σε διαμέτρους από 46mm έως 64mm, σε έκδοση με δύο οπές για τοποθέτηση βιδών , όπως και κοτύλης χωρίς οπές. Τα ένθετα από πολυαιθυλένιο να έχουν δυνατότητα τοποθέτησης του γείσου σε οποιαδήποτε θέση στην κοτύλη με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος. Να διατίθενται επίσης ένθετα πολυαιθυλένια highly cross-linked για μείωση τριβών . Κεφαλές κεραμικές τύπου delta διαμέτρου 28mm, 32mm, 36mm με κώνο 12/14 σε 4 ύψη αυχένα. Κεφαλές μεταλλικές από Co-Cr διαμέτρου 28mm, 32mm με κώνο 12/14 σε 5 ύψη αυχένα. Οι προθέσεις να μπορούν να εμφυτευτούν και με ειδικά εργαλεία ελάχιστα επεμβατικής πρόσθιας προσπέλασης στα οποία να περιλαμβάνεται και ειδικό εξάρτημα του χειρουργικού τραπεζιού για έλξη του σκέλους. Να παρέχονται και πλέγματα ενίσχυσης κοτύλης με τσιμέντο.

Ο ιατρός