

ΘΗΒΑ : 08/06/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ. : 4604

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας**

**Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
Διεύθυνση : Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσίας
Τμήμα : Ιατρικής Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/ση : 3ο χλμ Θηβών – Χαλκίδα
Θέση Κουμέρκι Θηβών
Τ.Κ. : 32200**

Πληροφορίες

**Τηλ. : 2262350100
Φαξ. : 2262025406
E-mail : headsupplies@thebeshospital.eu**

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σχετικά : Παρακαλώ όπως φροντίσετε για προσφορά ορθοπαιδικών υλικών για :

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ

για την ασθενή :

Ξ.Α. με ΑΜ 1044021 που πάσχει από **ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΔΕ) ΙΣΧΙΟΥ**. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί άμεσα στο νοσοκομείο μας με **ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ (ΔΕ)** στις 15/06/2026

Για τη χειρουργική αποκατάσταση θα χρειαστούν:

Α) Σύστημα αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο με μηριαία πρόθεση γυαλισμένη,

σφηνοειδούς σχήματος, σε τουλάχιστον εννέα (9) μεγέθη με διπλό offset και σε δυο

τύπους σώματος, στενό και φαρδύ.

Κεραμικές κεφαλές 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον 3 μήκη.

Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με ενσωματωμένη αναλογική μεγέθυνση

στην περιφέρεια, με δυνατότητα χρήσης ένθετου πολυαιθυλενίου και κεραμικού, συμβατά

με κεφαλές 32mm και άνω σε όλα τα μεγέθη.

Να διατίθεται σε τύπους με και χωρίς οπές για σταθεροποίηση με βίδες και να υπάρχει

δυνατότητα ασφάλισης του πυθμένα και των οπών με μεταλλικά πώματα.

Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα εμφύτευσης με ειδικά εργαλεία οπίσθιας

προσπέλασης ελαχίστης επεμβατικότητας (MIS) και να διαθέτει οδηγούς παρεκτόπισης

μαλακών μορίων.

B) Στειλέος μηριαίου από κράμα τιτανίου, με ή χωρίς κολάρο, με κατάλληλη επεξεργασία ή

επίστρωση ή επικάλυψη από πορώδες τιτάνιο για χρήση χωρίς τσιμέντο, διαθέσιμος σε

τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 τουλάχιστον offset ανά μέγεθος και κατάλληλη μεταλλική

κεφαλή μονοπολική σε διάφορα μεγέθη (τουλάχιστον από 40 έως 58 ανά 1 ή 2 mm).

Κεφαλή μεταλλική σε διαμέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον 5

μήκη.

Το σύστημα να διαθέτει και κεραμικές κεφαλές 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον 3

μήκη.

Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράμα τιτανίου με ενσωματωμένη αναλογική μεγέθυνση

στην περιφέρεια, με δυνατότητα χρήσης ένθετου πολυαιθυλενίου και κεραμικού, συμβατά

με κεφαλές 32mm και άνω σε όλα τα μεγέθη.

Να διατίθεται σε τύπους με και χωρίς οπές για σταθεροποίηση με βίδες και να υπάρχει

δυνατότητα ασφάλισης του πυθμένα και των οπών με μεταλλικά πώματα.

Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα εμφύτευσης με ειδικά εργαλεία οπίσθιας

προσπέλασης ελαχίστης επεμβατικότητας (MIS) και να διαθέτει οδηγούς παρεκτόπισης

μαλακών μορίων.

Ο ιατρός