

ΘΗΒΑ : 15/06/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ. : 4773

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
Διεύθυνση : Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσίας
Τμήμα : Ιατρικής Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/ση : 3ο χλμ Θηβών – Χαλκίδας
Θέση Κουμέρκι Θηβών
Τ.Κ. : 32200
Πληροφορίες
Τηλ. : 2262350100
Φαξ. : 2262025406
E-mail : headsupplies@thebeshospital.eu

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σχετικά : Παρακαλώ όπως φροντίσετε για προσφορά ορθοπαιδικών υλικών για :

ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ-ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ

για τον ασθενή :

Α.Ε. με ΑΜ

0555222

που πάσχει από ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ. Πρόκειται να αντιμετωπιστεί
άμεσα στο νοσοκομείο μας με ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (ΑΡ) ΙΣΧΙΟΥ στις 17/06/2026

Για τη χειρουργική αποκατάσταση θα χρειαστούν:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ	
33.2.18	Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο BIPOlar με μηριαία πρόθεση σφηνοειδούς σχήματος με επιμήκεις αύλακες σε όλο το μήκος, με προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) μεγέθη με διπλό offset σε κάθε μέγεθος. Κεφαλή μεταλλική σε διαμέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) μήκη. Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1 mm, με εσωτ. διάμετρο 22 mm και 28 mm, κλειδούμενη με δακτύλιο πολυαιθυλενίου.
33.2.19	Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιμέντο BIPOlar, με μηριαία πρόθεση από κράμα τιτανίου, κωνικού σχήματος και τετράπλευρης διατομής με τρεις (3) αυχενομηριαίες γωνίες. Ο στυλός να είναι επιχρισμένος σε όλο του το μήκος και να διαθέτει προσθιοπίσθια πτερύγια για στροφική σταθερότητα και να διατίθεται σε 13 τουλάχιστον μεγέθη ανά γωνία αυχένα. Κεφαλή μεταλλική σε διαμέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) μήκη. Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1 mm, με εσωτ. διάμετρο 22 mm και 28 mm, κλειδούμενη με δακτύλιο πολυαιθυλενίου.
17.1.10	Λάμες πριονιών σε διάφορες διαστάσεις, σχήματα και μεγέθη, αποστειρωμένες, με διαβάθμιση μήκους, για πριόνια τύπου micro-air ή ισοδύναμου.
40.8.11	Ακρυλικό Τσιμέντο, που να αποτελείται από σκόνη 40g και υγρό συστατικό (Butylmethacrylate) ή ισοδύναμο 14.4g και 16.4g, για την έκδοση κανονικού και χαμηλού ιξώδους αντίστοιχα.
40.8.132	Τρυπάνι μιας χρήσεως αποστειρωμένο, κατάλληλο για ορθοπαιδική χρήση συμβατό με τις προσφερόμενες ολικές
40.8.133	Πριόνι μιας χρήσεως αποστειρωμένο, κατάλληλο για ορθοπαιδική χρήση συμβατό με τις προσφερόμενες ολικές
40.8.16	Σύστημα ανάδευσης τσιμέντου σε κενό αέρος πίεσης 550mmHg, έκκεντρης περιστροφής, σε δύο τύπους α) μπωλ β) μπωλ με σύριγγα έγχυσης και φίλτρο ενεργού άνθρακα.
40.8.18	Πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο, που να εφαρμόζεται με ειδικό εργαλείο τοποθέτησης.
40.8.26	Σύστημα προετοιμασίας τσιμέντου σε κενό αέρος, με φυγοκέντρωση μιας χρήσης και με τα αντίστοιχα αναλώσιμα
57.78	Συσκευή πλύσης - έκπλυσης μηριαίου - κνημιαίου αυλού και οστικών - μυικών επιφανειών, μιάς χρήσης, με διπλή ελεγχόμενη ταχύτητα και φωτισμό που διευκολύνει την διαδικασία πλύσης - έκπλυσης. Να λειτουργεί με συστοιχία μπαταριών και στη συσκευασία να περιλαμβάνεται βραχύ και μακρύ ρύγχος.

Ο Ιατρός